

# Tableau de comparaison entre le test de dépistage rapide Panbio et le test par gargarisme

	Tests rapides Panbio	Dépistage par gargarisme
<b>Personnes visées</b>	Enfants développant des symptômes de la COVID-19 pendant qu'ils sont à l'école	Enfants et membres du personnel d'écoles primaires sans symptômes de COVID-19, fréquentant une classe où il y a eu un seul cas de COVID-19 présent alors qu'il était contagieux
<b>Lieu</b>	À l'école	À l'école
<b>Méthode</b>	Prélèvement nasal	Par gargarisme
<b>Dépisteur</b>	Membre du personnel désigné par l'école	Membre du personnel désigné par l'école OU personne d'une clinique de dépistage s'étant déplacée
<b>Type d'analyse</b>	Recherche d'anticorps (test antigénique), analyse réalisée à l'école	Test d'amplification des acides nucléiques (TAAN/PCR), analyse réalisée en laboratoire
<b>Délai du résultat</b>	Environ 15 minutes	Entre 12 et 24 heures
<b>Nécessité de confirmer le résultat</b>	Oui, tous les tests positifs doivent être confirmés par un test TAAN/PCR réalisé dans un centre de dépistage	Non, ces tests ont la même fiabilité que ceux réalisés en centre désigné de dépistage